

Fiche de compétence

Garrot d'application au combat

Objectif: Démontrer l'application appropriée d'un garrot d'application au combat

Les références:

PHTLS (édition militaire) Huitième édition, Jones et Bartlett

Évaluation: Les étudiants seront évalués en tant que réussite / échec (P / F). L'instructeur vérifiera la capacité de l'élève à appliquer rapidement et efficacement un garrot d'application de combat à une extrémité de lui-même ou d'un camarade en observant la procédure et la technique de l'élève.

Matériels:

Listes de contrôle des étudiants

Garrots d'application au combat

Les élèves se jouent les uns les autres

Directives de l'instructeur:

1. Fournir à chaque instructeur des listes de contrôle des étudiants.
2. Assurez-vous que chaque élève a tous les matériaux requis.
3. Lisez l'objectif d'apprentissage et la méthode d'évaluation à l'élève.
4. Expliquez le classement de l'exercice.

Étapes de performance:

1. Retirez le C-A-T de la pochette de transport.
2. Faire glisser l'extrémité dans la boucle de la bande auto-adhésive ou envelopper la bande autoadhésive autour de l'extrémité et la réacheminer à travers la boucle de l'adaptateur de friction.
3. Positionner le C-A-T au-dessus de la plaie; laisser au moins 2 pouces de peau non lésée entre le C-A-T et la plaie.
4. Fixez le C-A-T.
 - Tirer fermement l'extrémité libre de la bande auto-adhésive et la fixer solidement sur elle-même (si elle s'applique à un bras enroulé). Remarque: Tout le mou doit être retiré de la bande auto-adhésive avant de serrer la tige du guindeau. N'adhérez pas au groupe après le guindeau.
 - En cas d'application sur une blessure à la jambe, la bande auto-adhésive doit être acheminée des deux côtés de la boucle de l'adaptateur de friction et fixée sur elle-même. Cela l'empêchera de se desserrer lors de la torsion du clip du guindeau.
5. Tourner la tige du guindeau jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Lorsque la situation tactique permet de s'assurer que le pouls distal n'est plus palpable.

INSTRUCTEUR: Surveillez le pouls distal, et demandez à l'élève quand il n'est plus palpable. Faites attention à ne pas laisser l'étudiant trop serrer le C-A-T. Si la douleur devient trop sévère, arrêtez l'application du garrot.

6. Verrouillez la tige en place avec le clip du guindeau.

REMARQUE: Pour plus de sécurité (et toujours avant de déplacer la victime), fixez la tige du guindeau avec la sangle du guindeau. Pour les petites extrémités, continuez à enrouler la bande auto-adhésive à travers le clip du guindeau et fixez-la sous la sangle du guindeau.

7. Saisissez la sangle du guindeau, tirez-la fermement et fixez-la à la bande Velcro du guindeau.

8. Relâchez et retirez le garrot.

9. Notez que sur une victime réelle, la date et l'heure auxquelles le C-A-T a été appliqué seraient enregistrées lorsque cela est tactiquement possible.

10. Notez qu'une blessure à une vraie victime serait habillée, et la victime serait transportée à un traitement définitif dicté par la situation tactique et TCCC des lignes directrices.

Contrôle des saignements à l'aide d'un Garrot d'application de combat

Tâche	Complétée		
	1ST	2nd	3rd
Retiré le C-A-T de la poche de transport.	P/F	P/F	P/F
Faites glisser l'extrémité blessée à travers la boucle de la bande auto-adhésive ou envelopper autour de l'extrémité.	P/F	P/F	P/F
Identifié le deuxième ICS sur la paroi thoracique antérieure du MCL du même côté que la blessure; approximativement les largeurs de deux doigts sous la clavicule et non médial à la ligne de mamelon.	P/F	P/F	P/F
Positionné le C-A-T au-dessus du site de la plaie simulée; laissé au moins 2 pouces de peau non lésée entre le C-A-T et le site de la plaie.	P/F	P/F	P/F
tourner la tige de guindeau jusqu'à ce que le pouls distal ne soit plus palpable.	P/F	P/F	P/F
Verrouillé la tige en place e avec le clip guindeau.	P/F	P/F	P/F
Saisit la sangle du guindeau, la tira serrée et la colla au Velcro sur le guindeau.	P/F	P/F	P/F
Verbaliser en utilisant un marqueur pour dessiner un "T" sur le front de la victime et enregistré la date et l'heure à laquelle le C-A-T a été appliqué.	P/F	P/F	P/F

Critères critiques:

_____ N'a pas placé le C-A-T 2-3 pouces au-dessus de la plaie.

_____ N'a pas suffisamment tordu la tige du guindeau pour contrôler le saignement.

_____ N'a pas correctement fixé le CAT pour une blessure au bras / jambe.

Commentaire de l'évaluateur

Nom de l'élève : _____ Date : _____
Instructeur : _____ Passer : _____ Echouer _____